

**АКТ**  
 о выявленных нарушениях  
 по гражданско-правовому договору бюджетного учреждения  
 № **0372200102117000063-0100342-02** от 29.11.2017 года  
 на поставку оборудования для физиотерапии  
 в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
 «Городская поликлиника №27»  
 в 2017 году

Санкт-Петербург

«15» декабря 2017 года

От Заказчика (Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №27»):

Главная медицинская сестра Бахарева Оксана Александровна, действующая на основании доверенности от 29.11.2017г. б/н

От Поставщика (Общество с ограниченной ответственностью «Снабком»):  
 Не явился

Составили настоящий акт о нижеследующем:

1. По гражданско-правовому договору бюджетного учреждения №**0372200102117000063-0100342-02** от 29.11.2017 года на поставку оборудования для физиотерапии (далее – Договор), 15.12.2017 года Поставщиком на основании поданной заявки №2947/1/17 от 01.12.2017 г. (дата отправки 04.12.2017 г.) поставлен следующий товар:

№ п/п	№ по спецификации к договору	Наименование Оборудования (марка, модель, год выпуска и другое)	Ед. изм.	Кол-во	Технические требования согласно Приложению №2 к Договору	Недостаток товара, выявленный в момент приемки (в соответствии с прилагаемой технической документацией)
1	2	3	4	5		6
1	1	Аппарат физиотерапевтический переносной РАНЕТ ДМВ-20-1	шт	1	<p>п. 2.5. Потребляемая мощность от сети 220В/50Гц (ВА) 240</p> <p>п. 2.7. Масса собственного аппарата (кг) 15</p>	<p>Товар не соответствует техническим требованиям Приложения №2 к Договору, что является нарушением п. 3.1.1. Договора.</p> <p>п. 2.5. Потребляемая мощность от сети 220В/50Гц не превышает 100 ВА.</p> <p>п. 2.7. Масса собственного аппарата не более 10 кг.</p>

					<p>п. 2.8. Масса аппарата с комплектом принадлежностей (кг) 20</p> <p>п. 2.9. Габаритные размеры (мм) 415х395х200</p> <p><b>3. Комплектация</b></p> <p>п. 3.18. индикатор СВЧ поля</p> <p>п. 3.20. лампы – 6 шт.</p>	<p>п. 2.8. Масса аппарата с комплектом принадлежностей не более 15 кг.</p> <p>п. 2.9. Габаритные размеры 425*395*200 мм.</p> <p>п. 3.18. индикатор СВЧ поля - отсутствует.</p> <p>п. 3.20. лампы 6 шт. - отсутствуют.</p>
2	2	Аппарат магнито-ИК-лазерный терапевтический Милта Ф-8-01	шт	1	<p>п. 1.3. Мощность излучения ИК-светодиодов, мВт 0 – 100</p> <p>п. 1.4. Импульсная мощность излучения лазера, Вт В диапазоне 5-7 Вт 5 Вт</p> <p>п. 1.8. Масса, кг 2,5</p>	<p>Товар не соответствует техническим требованиям Приложения №2 к Договору, что является нарушением п. 3.1.1. Договора.</p> <p>п. 1.3. Мощность излучения ИК-светодиодов. В паспорте указана максимальная суммарная мощность излучения светодиодов на выходе из терминала – не менее 100 мВт.</p> <p>п. 1.4. Импульсная мощность излучения лазера – по паспорту не менее 5 Вт., диапазон не указан.</p> <p>п. 1.8. Масса аппарата без запчастей и принадлежностей – не более 2.2. кг., а в полном комплекте поставки и в упаковке – не более 5 кг.</p>
3	3	Аппарат магнито-ИК-лазерный терапевтический	шт	1		<p>Товар не соответствует техническим требованиям Приложения №2 к</p>